

# Výsledky inspekce klinických laboratoří USA

B. Friedecký, J. Kratochvíla

Inspekce hodnotila indikátory kvality laboratorní činnosti auditu, vedenými pomocí požadavků CLIA 2003 (Clinical Laboratory Amendment

Improved). CLIA je vládním legislativním nástrojem řízení kvality v zdravotnických laboratořích USA již od roku 1988. Poslední inovace požadavků na ně byla aktualizovaná v roce 2003. V bulletinu americké asociace klinické chemie (AACC) Clinical Laboratory News z února 2008 jsou uvedeny některé zajímavé výsledky auditů, prováděných po roce 2004 (dostupné na <http://www.aacc.org>). Celkem šlo o 18746 prověřených laboratoří. Uvádíme četnost nejčastějších zjištěných nedostatků v prověřovaných laboratořích.

Neprovedení verifikace bias	5,8 %
Nedodržení pracovních instrukcí výrobců	5,7 %
Nedostatečné postupy detekce a korekce problémů	5,4 %
Řádné skladování činidel a vzorků	5,15 %
Požadavky na vhodnost vzorků	4,9 %
Pozitivní identifikace pacienta	4,1 %
Zavedení a provozování EHK	3,8 %
Exspirační data	3,4 %